修理サポート終了品リスト(キセノンヘッドライト・鋼製小物 関連)

2025/4/1

修理サポート終了前でも、一部修理が不可能な場合があります。

永島医科器械株式会社

No.	製品名	型式 / 仕様	製造番号	製造中止日	修理サポート	修理可能部分 及び 備考
1	フレンチェル氏眼鏡	標準型 3.5V		2017/6/23	終了	
2	フレンチェル氏眼鏡	標準型 4.0V		2011/8/25	終了	
3	電池ケース	大		2017/6/23	終了	
4	電池ケース	小		2017/6/23	終了	
5	キセノンヘッドライト VIEW MEX-2	横止式 クリーム色		2012/10/2	終了	
6	キセノンヘッドライト VIEW MEX-2	トップバンド式 クリーム色		2012/10/2	終了	
7	キセノンヘッドライト VIEW MEX-2	横止式 布製		2009/3/1	終了	
8	キセノンヘッドライト VIEW MEX-2	人工皮革製		2009/3/1	終了	
9	本体	VIEW MEX-2用		2012/10/2	終了	
10	キセノンヘッドライト VIEW MEX-21A	トップバンド式 クリーム色		2017/6/23	終了	
11	キセノンヘッドライト VIEW MEX-21B	横止式 黒色		2017/6/23	終了	
12	本体	VIEW MEX-21用		2017/6/23	終了	
13	後藤敏郎氏 額帯電灯	横止式 タンクステンタイプ 黒色		2017/6/23	終了	
14	後藤敏郎氏 額帯電灯	トップバンド式 タンクステンタイプ クリーム色		2017/6/23	終了	
15	額帯電灯	後藤氏 タンクステンタイプ		2009/3/1	終了	
16	額帯電灯	後藤氏 キセノタイプ		2009/3/1	終了	
17	後藤敏郎氏 額帯電灯	横止式 キセノタイプ 黒色		2017/6/23	終了	
18	後藤敏郎氏 額帯電灯	トップバンド式 キセノタイプ クリーム色		2017/6/23	終了	
19	海江田氏 額帯電灯	額帯巾狭タイプ		2012/5/22	終了	
20	海江田氏 額帯電灯	横止式 黒色		2012/5/22	終了	
21	喉頭注入器	フレンチェル氏		不明	一部可能	押し子のシリコンリング ホップ内のシリコンパッキン
22	扁桃窩洗浄器	野坂氏(5cc)		2018/12/21	一部可能	内筒と外筒
23	コードレス型電池ケース	フレンチェル氏眼鏡用		2012/9/5	終了	
24	電池ケース	VIEW MEX-21A用		2017/6/23	終了	
25	電池ケース	VIEW MEX-21B用		2017/6/23	終了	
26	耳鏡 全般	黒加工品	全品種対象	—	修理不能	修理見積を行わず、交換対応(有償/無償)を 基本といたします
27	剥離子 全般	ドリル等による 機械的な損傷品	全品種対象	—	修理不能	修理見積を行わず、交換対応(有償/無償)を 基本といたします
28	吸引管 全般	経年使用に伴う劣化品	全品種対象	—	修理不能	修理見積を行わず、交換対応(有償/無償)を 基本といたします